



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός
www.eof.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και
Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας
Πληροφορίες: Χ. Τσονάκη
Τηλέφωνο: 2132040435
e-mail: chtsonaki@eof.gr

Χολαργός, 02/03/2023
Αρ. πρωτ.: 20911

Προς: INTERMED ABEE
Καλυφτάκη 27,
145 64, Κηφισιά

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της παρτίδας 21-003 του προϊόντος 'ena intima NORMAL DOUCHE pH 3.0 DAILY WELLNESS'.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α') «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α'),
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009,
3. Τις διατάξεις της υπ' αρ. Δ3(α)/ 91512/15-01-2018 κοινής υπουργικής απόφασης,
4. Τις υπ' αρ. 1-23 & 24-23 Εκθέσεις Δοκιμών/Αναλύσεων της Δ/νσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ,
5. Την υπ' αρ. πρ. 11955/03-02-2023 επιστολή του ΕΟΦ,
6. Τις υπ' αρ. πρ. 12539/06-02-2023 & 20108/28-02-2023 επιστολές της εταιρείας *INTERMED ABEE*.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 21-003 (ημ/νία λήξης 10/26) του προϊόντος 'ena intima NORMAL DOUCHE pH 3.0 DAILY WELLNESS', καθώς το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου είναι μη κανονικό ως προς τη δοκιμή της εμφάνισης, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη ξένου σώματος.

Η εταιρεία *INTERMED ABEE*, η οποία οφείλει στην άμεση απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Εσωτερική Διανομή

- Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας
- Δ/νση Εργαστηρίων ΕΟΦ